

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający

**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Produkcyjna 13
85-790 Bydgoszcz
(0-52) 323-04-13 lub fax: 323-04-50
e-mail: sekretariat@pogotowie.bydgoszcz.pl
Godziny urzędowania: pn.- pt. 7:30- 15:00**

Przedmiot zamówienia:

**Leasing finansowy na dostawę ambulansów z noszami i sprzętem medycznym
na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.**

Otwarcie ofert:

23 luty 2012r

Tryb postępowania:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WSPR-A-IV-242/75/12

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁY:

1. Nazwa oraz adres zamawiającego (art. 36 ust. 1 pkt. 1)
2. Tryb udzielenia zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt. 2)
3. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt. 3)
4. Termin wykonania zamówienia i dostawy(art. 36 ust. 1 pkt. 4)
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 36 ust. 1 pkt. 5)
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt. 6)
7. Forma dokumentów
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami (art. 36 ust. 1 pkt. 7)
9. Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust. 1 pkt.8)
10. Termin związania ofertą (art. 36 ust. 1 pkt. 9)
11. Opis sposobu przygotowywania ofert (art. 36 ust. 1 pkt. 10)
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust.1 pkt. 11)
13. Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust. 1 pkt. 12)
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował podczas wyboru oferty. (art. 36 ust. 1 pkt. 13)
15. Sposób oceny ofert (art. 36 ust. 1 pkt. 13)
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust. 1 pkt. 14)
- 17.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 36 ust. 1 pkt.15)
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach (art. 36 ust. 1 pkt. 16)
19. Tryb udzielania wyjaśnień
20. Warunki unieważnienia postępowania
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt. 17)
- 22 Postanowienia końcowe

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Produkcyjna 13
85-790 Bydgoszcz
(0-52) 323-04-13 lub fax: 323-04-50
e-mail: sekretariat@pogotowie.bydgoszcz.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest leasing finansowy na dostawę ambulansów z noszami i sprzętem medycznym na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na okres 60 miesięcy. Wymagany ambulans wg parametrów w załączniku nr 2 do SIWZ. Wymagany sprzęt medyczny wg parametrów w załączniku nr 3 do SIWZ.

Oznaczenie wg CPV:

66114000-2 usługi leasingu
33157400-9 aparatura medyczna
34114000-9 pojazdy specjalne

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości stosowania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia odrzucone.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

4. Termin wykonania zamówienia i dostawy:

Dostawa ambulansów: do 45 dni od dnia podpisania umowy, okres leasingowy – 60 miesięcy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią łącznie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3) posiadania odpowiedniego potencjału technicznego
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 5) W okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub w okresie działalności, jeżeli była krótsza niż 3 lata, wykonali usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.: minimum 3 usługi na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto, których należyte wykonanie zostało potwierdzone przez poprzednich Zamawiających - wymagane przedłożenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług (np. referencje).

2. Ocena spełniania warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zostanie dokonana: wg formuły „**spełnia-nie spełnia**”, tj. na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w pkt. 1.
3. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, ma obowiązek złożyć na podstawie art. 44 ustawy oświadczenie o spełnianiu warunków Udziału w postępowaniu – zgodne z treścią załącznika nr 4 do SIWZ – w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
2. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, ma obowiązek złożyć:
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp – zgodne z treścią załącznika nr 4 do SIWZ – w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w stosunku do osób fizycznych warunek ten uważa się za spełniony po złożeniu oświadczenia zawartego w załączniku nr 4 do SIWZ – w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
 - 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
 - 4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 6) Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną dotyczącą składania nieprawdziwych zeznań i oświadczeń, wynikającą z art. 297 Kodeksu Karnego. W razie stwierdzenia, że złożone przez wykonawcę lub wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 304 k.p.k. - zawiadomi o tym właściwy organ ścigania.

UWAGA!

Przedstawione dokumenty muszą być aktualne, tzn. muszą przedstawiać stan faktyczny i prawny istniejący w chwili składania ofert.

7. Forma dokumentów:

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1.1 i 2.1 muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej stronie kopii).

Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby, upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Poświadczenie powinno nastąpić w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony co najmniej dopiskiem z użyciem formuły „za zgodność” lub równoważnej). Do oferty muszą zostać załączone kompletne dokumenty, tzn. w formie i treści odpowiadające oryginałom (zawierać wszystkie treści wpisów, pieczętek, podpisy itd.). Kopie dokumentów muszą być czytelne. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej www.pogotowie.bydgoszcz.pl.
- 3) Adres, numer telefonu i faksu oraz adres internetowy są wskazane w rozdziale 1.
- 4) Zamawiający wybiera **formę pisemną i faksową** do przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.
- 5) Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7:30 do 15:00 w dni robocze.
- 6) Jeżeli zamawiający i wykonawca przekazuje dokumenty, o których mowa w pkt. 4 faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz jest zobowiązana do przekazania tej informacji także drogą pocztową.
- 7) Zamawiający udziela informacji:

- W sprawach merytorycznych dotyczących ambulansu :

Lidia Saławiła (tel. /0-52/ 323-04-13 w.40)

- W sprawach proceduralnych:

Marcin Podleśny (tel. /0-52/ 323-04-13w.45)

Żaneta Olszewska (tel. /0-52/ 323-04-13 w.30)

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00.

9. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą

- 1) Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 3) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) z wypełnionymi załącznikami, dokumentami i zaświadczeniami.

1. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności:
 - 1) w formie pisemnej;
 - 2) w języku polskim;
 - 3) w treści odpowiadającej załączonym do SIWZ załącznikach;
 - 4) na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów,
 - 5) wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
 - 6) Zamawiający może wyrazić zgodę najpóźniej przed upływem terminu składania ofert na sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, wniosek o złożenie oferty lub części oferty w takim języku musi być złożony Zamawiającemu na oddzielnym od oferty piśmie najpóźniej na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 2 Pzp;
 - 7) oferta powinna być złożona na zszytych lub scalonych w inny sposób kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca może nie numerować stron niezapisanych;
 - 8) każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych;
 - 9) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty;
 - 10) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone określające zakres pełnomocnictwo podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną i fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii – pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 - 11) Wykonawca może na każde zadanie złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;
 - 12) Oferty należy składać w jednej zamkniętej kopercie, która jest opieczetowana pieczętą wykonawcy i zaadresowana na zamawiającego oraz opisana wg wzoru:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Leasing finansowy na dostawę ambulansów z noszami i sprzętem medycznym na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszcy.

WSPR-A-IV-242/ 75 /12

- 13) Oferta powinna być złożona wg formularza ofertowego. Treść oferty powinna odpowiadać merytorycznej zawartości załącznika nr 1 do SIWZ,
 - 14) Podział ceny na składniki - wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik do SIWZ.
 - 15) Oferta powinna zawierać Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika oraz zaakceptowany wzór umowy.
 - 16) Załączone dokumenty powinien poprzedzać spis treści dokumentów wraz z podaniem strony w ofercie gdzie się one znajdują.
2. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
 3. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Zastrzeżone informacje należy umieścić w oddzielnej kopercie z zapisem **TAJNE – tylko do wglądu członków komisji**.
 4. Oferta nie oznakowana nazwą i adresem wykonawcy będzie odrzucona.
 5. Wykonawca nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
 7. Koperty oznaczone WYCOFANE nie zostaną otwarte. W przypadku zmiany oferty w pierwszej kolejności odczytywane zostaną oferty pierwotne, a następnie zostaną otwarte i odczytane koperty oznaczone słowem ZMIANA.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie sprzeciwu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Oferty należy składać u w siedzibie Zamawiającego
-

**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Produkcyjna 13
85-790 Bydgoszcz**

- Termin składania ofert upływa w dniu 23 lutego 2012r. godz. 8:00
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 lutego 2012r. o godz. 9:00

Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny i pozostałe parametry tych ofert .

W części jawnej posiedzenia komisji:

- przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom wielkość środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację danego zamówienia publicznego,
- po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:

- Numer oferty oraz nazwę i adres oferenta, którego oferta jest otwierana
- Cenę oferty

13. Opis sposobu obliczenia ceny

Podana w ofercie cena (wynagrodzenie) musi być wyrażona w zł. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- jeżeli w umowie nie podano inaczej, to cena umowna obejmuje całość czynności i kosztów wynikających z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji Podziału ceny na składniki,
- ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach Podziału ceny na składniki powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganej jakości, w wymaganym terminie.

Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia wymieniona w Formularzu Oferty i obliczona w sposób uwzględniający:

- układ podany w **załączniku nr 2** z uwzględnieniem, że suma cen wynikających z podziału ceny na składniki powinna odpowiadać cenie przedstawionej w Formularzu Oferty,
- obliczenie wartości poszczególnych pozycji określonych w Podziale ceny na składniki i końcowej ceny, dokonane z dokładnością do 1 grosza (2 miejsca po przecinku),
- cykl realizacji przedsięwzięcia w tym skutki wzrostu cen towarów i usług; do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonanie zobowiązań wynikających z umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

Wynagrodzenie ustalane jest w kwocie ryczałtowej, na podstawie niezmiennych do końca realizacji umowy cen jednostkowych, mających także charakter ryczałtowy (określonych w ofercie Wykonawcy – „Podziale cen na składniki”) oraz ilości faktycznie wykonanych napraw. Z przyjętej formy wynagrodzenia wynika ograniczony zakres zmiany umowy, w konsekwencji którego zmiana wynagrodzenia będzie dopuszczona tylko wtedy, gdy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nienależytego (w tym niepełnego) wykonania czynności umowy przez Wykonawcę. Cenę oferty należy podać w złotych polskich wraz z odpowiednią stawką podatku od towarów i usług VAT. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował podczas wyboru oferty.

Wybór oferty dokonany zostanie, na podstawie poniższych kryteriów:

CENA - 100%

$$P_c = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100$$

gdzie: P_c – ilość uzyskanych punktów badanej oferty dla kryterium ceny

C_N - najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

C_{OB} - cena oferty badanej nieodrzuconej

100 – wskaźnik stały,

Zamawiający wybierze ofertę która otrzyma najwyższą ilość punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający odrzuci (art. 89 ustawy „Prawo zamówień publicznych”)

Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

15. Sposób oceny ofert:

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ppkt. 2), dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

2. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona .

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oferty i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt 3 lit. a) również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- a. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a w przypadku złożenia jednej oferty w postępowaniu, umowa może zostać zawarta bez zachowania 7-dniowego terminu.
- b. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

- c. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie związania ofertą jeżeli Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
- d. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o zamówienie, bezzwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty i przed podpisaniem umowy, dostarczą umowę (założenia konsorcjum) określającą sposób ich współdziałania, zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich oraz solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
- e. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy i udzielenie zamówienia po upływie 7 dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu, lecz nie później jak przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem o którym mowa w art. 94 ust. 1a - Pzp.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach (w myśl art.144 Pzp).

Stronom przysługuje zmiana umowy jedynie w niżej wymienionych przypadkach:

- a) Zmiany prawa w zakresie wywierającym wpływ na treść umowy;
- b) Zmiany terminu wykonania umowy,
- c) Zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,
- d) Zmiany zakresu przedmiotu umowy.

Wzór umowy przedstawia **załącznik nr 6** do SIWZ.

19. Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres ul. Produkcyjna 13; 85-790 Bydgoszcz, faksem: (0-52) 323-04-50 lub e-mailem: sekretariat@pogotowie.bydgoszcz.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim dostawcom lub wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.(Art. 38 ust. 1 pkt. 1)

20. Warunki unieważnienia postępowania

Zamawiający unieważni przetarg jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- a) wpłynie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia;
- b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,
- c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
- d) postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

22. Postanowienia końcowe

1. Zasady udostępniania dokumentów: uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnianie zainteresowanym będzie odbywać się wg poniższych zasad:

- 1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
- 2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
- 3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;
- 4) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,25 zł;
- 5) udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ	- Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 do SIWZ	- Podział ceny na składniki
Załącznik nr 3a do SIWZ	- Parametry ambulansu
Załącznik nr 3b do SIWZ	- Parametry sprzętu medycznego
Załącznik nr 4 do SIWZ	- Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5 do SIWZ	- Wzór umowy

Bydgoszcz, 30 stycznia 2012r.

.....

FORMULARZ OFERTY

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: **WSPR-A-IV-242/75/12**
ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W
BYDGOSZCZY

WYKONAWCA:.....
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

.....
/siedziba i adres wykonawcy/

.....
/Numer Krajowego Rejestru Sądowego lub nr i miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/

NIP -; REGON -

*Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
oferujemy wykonanie zamówienia pn.:

Leasing finansowy na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszcy

w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w projekcie umowy

1. za cenębrutto zł.....netto zł

(słownie:.....zł)
(w tym: należny podatek VAT i wszelkie inne koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia),

2. w wymaganym przez Zamawiającego terminie

3. wyrażając zgodę na warunki płatności wynikające z załączonej do SIWZ umowy:

4. Oświadczamy, że:

- w przypadku zatrudnienia poddostawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą,

5. Oświadczamy, że: zobowiązujemy się wykonać zamówienie:

- *samodzielnie;

- *przy pomocy poddostawców w określonym w SIWZ zakresie tj.:

.....
/zakres prac powierzonych poddostawcy/

- *siłami Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem;

6. Integralną część niniejszej oferty wykonawcy stanowią: „Podział ceny na składniki”
zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz „Parametry Sprzętu Medycznego zgodnie z
załącznikiem nr 3

7. Akceptujemy istotne warunki umowy (określone we wzorze umowy) i w razie
wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego,

8. Składamy całość oferty na kolejno ponumerowanych stronach.

9. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW PO STRONIE WYKONAWCY:

Imię i nazwisko.....

Adres.....

Nr telefonu.....

Nr faksu.....

Adres e-mail.....

..... , dn.
miejsowość

.....
(podpisy osób/ osoby wskazanej/ych w dokumencie,
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu

*niepotrzebne skreślić

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: **WSPR-A-IV-242/75/12****ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy**WYKONAWCA:
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/**Czas trwania leasingu finansowego 60 miesięcy**

L/P	Nazwa sprzętu medycznego	Jednostka	Ilość	Cena	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Ambulans	Szt.	2				
2	Nosze główne	Szt.	2				
3	Transporter noszy głównych	Szt.	2				
4	Krzeselko transportowe Składane gąsienicowe	Szt.	2				
5	Nosze podbierakowe (nosze pachtowe)	Szt.	2				
6	Deska ortopedyczna z unieruchomieniem głowy i kompletem pasów	Szt.	2				
7	Kamizelka ortopedyczna KED	Szt.	2				
8	Defibrylator przenośny	Szt.	2				
9	Ssak nożny	Szt.	2				
10	Zestaw laryngoskopów światłowodowych	Szt.	2				
11	Plecak reanimacyjny	Szt.	2				
12	Prowadnica wielokrotnego użytku do trudnej intubacji	Szt.	2				
13	Deska ortopedyczna Pediatria z osprzętem	Szt.	2				
	Rodzaj opłat	Liczba opłat	Opłata w %		Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	Wpłata wstępna do 10%						
	Rata miesięczna						
	Wykup sprzętu 1 %						
	Inne koszty związane z realizacją zamówienia np. ubezpieczenie,						

wpłata całości podatku VAT z pierwszą ratę							
Całkowity koszt leasingu							

.....
(podpisy osób/ osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: **WSPR-A-IV-242/75/12**

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

WYKONAWCA:

.....
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Zamawiający wymaga by oferowane pojazdy były fabrycznie nowe, nie eksploatowane, z roku produkcji 2012 z 2 letnią pełną gwarancją- bez limitu kilometrów

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu kompletnego czyli przed wykonaniem adaptacji (wynikająca ze świadectwa homologacji); data wydania i numer świadectwa homologacji

.....
.....

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego czyli po wykonaniu adaptacji (wynikająca ze świadectwa homologacji); data wydania i numer świadectwa homologacji:

.....
.....

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:

.....
.....

Ambulans ma spełniać wymagania określone w polskiej normie PN-EN 1789 (typ ambulansu C) w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania.

Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ) ma posiadać certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789. Podać datę wystawienia certyfikatu, numer sprawozdania oraz nazwę jednostki, która przeprowadziła badania (testy zderzeniowe):

.....
.....

Lp.	Parametr wymagany	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM POJAZDU BAZOWEGO			
I.	NADWOZIE	-----	-----
1.	Typ furgon częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t.		
2.	Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele		
3.	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą		
4.	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby		
5.	Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260°		
6.	Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny		
7.	Stopień wejściowy do przedziału ładunkowego wewnętrzny stały lub zewnętrzny automatycznie chowany / wysuwany przy zamykaniu / otwieraniu drzwi przesuwnych		
8.	Autoalarm		
9.	Centralny zamek we wszystkich drzwiach		
10.	Reflektory przeciwmgielne przednie		
11.	Kolor biały		
II.	SILNIK	-----	-----
c)	Moc silnika min. 190 KM, z zapłonem samoczynnym, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 440Nm		
d)	Spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 5		
e)	Pojemność silnika nie mniej niż 2980cm ³ , w układzie V, z grzałką w bloku zasilaną z sieci 230V z termostatem lub ręcznym włączaniem/wyłączeniem		
III.	ZESPÓŁ NAPĘDOWY	-----	-----
-	Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. sześciobiegowa + bieg wsteczny,		
-	Z napędem na koła przednie lub tylne		
IV.	ZAWIESZENIE	-----	-----
•	Zawieszenie ze stabilizatorami osi przedniej i tylnej lub zawieszenie hydropneumatyczne (pneumatyczne) ze stabilizacją,		
•	Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność o manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta		
V	UKŁAD HAMULCOWY	-----	-----
e)	Ze wspomaganiami i korektorem siły hamowania,		

f)	Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania		
g)	Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy np. ESP		
h)	Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR		
i)	Z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA z pulsowaniem świateł stop w trakcie nagłego hamowania		
j)	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył)		
VI.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	-----	-----
1.	Alternator o mocy min. 1600 W		
2.	Dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 80 Ah		
3.	Schemat instalacji elektrycznej przedziału medycznego oraz wyposażenia dodatkowego dołączony w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD, DVD lub innym.		
VII.	WYPOSAŻENIE POJAZDU	-----	-----
1.	Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera		
2.	Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy		
3.	Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach		
4.	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne		
5.	Klimatyzacja kabiny kierowcy		
6.	Komplet opon zimowych (komplet tj. 4 szt.)		
7.	Czujniki cofania (min. 4 szt.) lub kamera cofania		
WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE AMBULANSU SANITARNEGO			
I.	NADWOZIE	-----	-----
1.	Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1800		
2.	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwany (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzeselka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych - podać wymiary schowka w mm tj. wysokość, szerokość i głębokość.		
II.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA	-----	-----
1.	Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik – podać markę i model.		

2.	Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W.		
3.	Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału kierowcy umożliwiający ogrzanie silnika a także kabiny kierowcy przed rozruchem silnika, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem – podać markę i model.		
4.	Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem (powietrzne) - podać markę i model		
5.	Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. Podać markę i model wentylatora.		
6.	Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym.		
7.	W przedziale medycznym wyświetlacz informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz temperaturze na zewnątrz pojazdu.		
8.	Szyber dach pełniący jednocześnie funkcję wyjścia ewakuacyjnego o wymiarach min. 800 mm x 500 mm - podać markę i model.		
III.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	-----	-----
7.	W kabinie kierowcy wskaźnik naładowania akumulatora samochodu bazowego i przedziału medycznego.		
8.	Instalacja elektryczna 230 V: - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka) - min. 2 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - zabezpieczenie przeciwporażeniowe.		
9.	Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki).		
10.	Instalacja elektryczna 12V:		

	<ul style="list-style-type: none"> - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki 		
11.	Kompleksowy schemat instalacji elektrycznej pojazdu oraz przedziału medycznego, w wersji elektronicznej i papierowej		
IV.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE	-----	-----
3.	W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna niebieska składająca się z modułów LED przy wykorzystaniu lusterek parabolicznych o wysokości max. 9 cm (zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi). Pojazd wyposażony w modulator min. 180W (2 głośniki zamontowane w zderzaku pojazdu nie mogą być niczym przysłonięte), przystosowany do podawania komunikatów głosowych. Sterowanie modulatorem przy pomocy pilota dedykowanego do niego oraz klaksonu pojazdu – podać markę, model		
4.	Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne kierunkowe barwy niebieskiej typu LED		
5.	W lusterkach zewnętrznych niebieskie lampy pulsacyjne kierunkowe barwy niebieskiej typu LED		
6.	W tylnej części dachu pojazdu belka świetlna niebieska składająca się z modułów LED przy wykorzystaniu lusterek parabolicznych o wysokości max. 9 cm (zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi) – podać markę, model		
7.	Na drzwiach tylnych lampy świateł pozycyjnych działające przy otwarciu ww. drzwi		
8.	Dodatkowe żółte światła awaryjne nad tylnymi drzwiami.		
9.	<p>Oznakowanie pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, - dodatkowy pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu. - napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu. - standardowe oznaczenie typu karetki literą P wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych pojazdu. - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego na bokach i drzwiach tylnych. 		

10.	Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.		
11.	Dodatkowe 2 tonowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej włączane osobnym przyciskiem (nie z panelu dotykowego)– podać markę i model.		
V.	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA	-----	-----
•	Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniającej następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania – dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s		
•	W przedziale medycznym głośnik z możliwością podłączenia do radiotelefonu.		
•	GPS: wyposażenie pojazdu w urządzenie do lokalizacji pojazdu w technologii GPRS/GPS oraz komunikacji z karetką z aplikacji dyspozytorskiej. Sterownik (ET- GSM-GPS) wraz z telefonu przemysłowym i antena paskowa GSM szt. 1 . terminal statusów Elte duży szt. 1 dokonany montaż w pojeździe (ukryte pod konsolą w kabinie kierowcy) i wykonany schemat umieszczenia w/w urządzeń zaznaczając miejsce podłączenia do prądu . Urządzenie ma pracować także przy wyłączonym zapłonie i wyjętych kluczykach ze stacyjki. Zamawiający przekaze wykonawcy kartę SIM na 1 tydzień przed odbiorem pojazdu. Po zamontowaniu urządzenia wykonawca zobowiązuje się przekazać w celu podłączenia pojazdu do systemu CPR w Bydgoszczy: 1. pełny numer sterownika 2. numer karty SIM Po stronie wykonawcy leży opłacanie włączenia w system CPR Bydgoszcz nowych urządzeń. Wszelkich informacji udzieli firma bezpieczeństwo.eu, która sprawuje nadzór i jest dostawcą systemu CPR.		
VI.	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO	-----	-----
2.	Co najmniej 6 lamp sufitowych z oświetleniem rozproszonym w kolorze naturalnym.		
3.	Co najmniej 2 sufitowe halogenowe punkty świetlne nad noszami, z regulacją kąta padania światła.		
4.	Oświetlenie punktowe blatu roboczego.		
VII.	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO	-----	-----

2.	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian.		
3.	Wzmocnione ściany boczne (wzmocnienie nie miejscowe lecz pełne) umożliwiające montaż sprzętu medycznego.		
4.	Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.		
5.	Na prawej ścianie dwa fotele obrotowe wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki (regulowane lub zintegrowane), ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Podać markę i model oferowanych foteli.		
6.	Przy ścianie działowej u wezłowania noszy fotel usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa. Podać markę i model oferowanego fotela.		
7.	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi spełniające normę PN EN 1789		
8.	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty. Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego		
9.	Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych (możliwość wyjmowania do wnętrza przedziału medycznego z		

	<p>jednoczesnym dostępem z zewnątrz poprzez drzwi boczne)</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat roboczy wykonany blachą nierdzewną z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki – min. 2 szt. - uchwyt mocujący min. 2 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe <p>Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym.</p>		
10.	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 3 szt. pojemników.		
11.	Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.		
12.	Szyna typu Modura o dł. min 30 cm na ścianie lewej.		
13.	<p>Centralna instalacja tlenowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego - gniazdo poboru tlenu sufitowe monoblokowe typu panelowego - przepływomierz z nawilżaczem - 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy). - konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony - konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. 		
14.	<p>Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10⁰ do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga - elektrycznie, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności).</p>		
15.	W przedziale medycznym zegar elektroniczny z kalendarzem (data, dzień, godzina)		
16.	Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych (w przedziale medycznym ma znajdować się		

	wyświetlacz informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu).		
17.	W przedziale medycznym ma być zapewnione miejsce mocowania sprzętu medycznego tj. defibrylator, respirator, ssak elektryczny, pompa infuzyjna.		
VIII.	WYMAGANIA DODATKOWE	-----	-----
1.	Przedział medyczny ma być wyposażony w: - urządzenie do wybijania szyb - nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa - gaśnice - co najmniej dwa kosze na śmieci (w przedniej i tylnej części przedziału medycznego) - kamerę umożliwiającą podgląd osobom siedzącym w kabinie kierowcy na sytuację w przedziale medycznym		
2.	Kabina kierowcy ma być wyposażona w: - sygnalizację akustyczną i/lub optyczną ostrzegającą kierowcę o rozładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sygnalizację optyczną informującą kierowcę o włączeniu reflektorów zewnętrznych - sygnalizację optyczną informującą kierowcę o podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - sygnalizację optyczną informującą kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy.		
3.	Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację nieseryjnej instalacji elektrycznej zastosowanej podczas adaptacji pojazdu bazowego na ambulans - zarówno na nośniku papierowym jak i elektronicznym.		

*wypełnia Wykonawca

Oświadczam, że podane parametry odpowiadają wymogom SIWZ oraz że oferent nieodpłatnie zainstaluje w przedziałach medycznych w miejscu zgodnym z posiadanym atestem mocowania dla defibrylatora Lifepak 12/15 oraz ładowarki MBSS należące do Zamawiającego.

Brak zgodność z którymkolwiek parametrem bezwzględnie wymaganym powoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy osób/ osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej/
uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego
imieniu)

**Załącznik nr 3b do SIWZ
Parametry Sprzętu Medycznego**

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: **WSPR-A-IV-242/75/12**

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszcy

WYKONAWCA:

.....
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

WYMOGI CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO (SPRZĘT MEDYCZNY MA SPEŁNIAĆ WYMOGI NORMY PN-EN 1865:2002) ORAZ ZARZĄDZENIEM NR 12/2011/DSM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA			
1.	NOSZE GŁÓWNE z lawetą elektryczną podać markę i model, załączyć folder		
	przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji;		
	nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;		
	z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni;		
	z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy		
	z dodatkowym zestawem pasów lub uprząży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem		
	nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;		
	ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia		
	z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;		
	nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;		
	z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;		
	wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy		
	obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)		

	waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg);		
2.	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH podać markę i model, załączyć folder		
	z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;		
	regulację wysokości w min sześciu poziomach;		
	możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia);		
	wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 100mm, kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (podać średnicę kółek w mm);		
	min. dwa kółka wyposażone w hamulce		
	system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789;		
	obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg);		
	waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg);		
	transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą		
	transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;		
	deklaracje zgodności na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty;		
	3.	KRZESŁO TRANSPORTOWE SKŁADANE GĄSIENICOWE (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności)	
wykonane z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących			
wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego min. 2 obrotowe i min. 2 wyposażone w hamulce			
wyposażone w przednie rączki transportowe z regulacją długości			
wyposażone w składane tylne rączki transportowe			
wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu			
siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , szybkodemontowalne			
wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie			
waga max 15 kg			
dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg			

4.	<p>NOSZE PODBIERAKOWE (NOSZE PŁACHTOWE) (podać markę i model, załączyć folder i deklaracje zgodności)</p> <p>wyposażone w komplet min 3 szt. pasów zabezpieczających</p> <p>łopaty muszą być wykonane z tworzywa sztucznego</p> <p>muszą być przenikliwe dla promieni RTG w stopniu diagnostycznym</p> <p>muszą posiadać zamki z podwójną zapadką o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczeń przed rozpięciem łopat noszy (opisać)</p> <p>muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości</p> <p>muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście</p> <p>muszą posiadać min 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy</p> <p>obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg</p> <p>waga noszy max 8 kg</p>		
5.	<p>DESKA ORTOPEDYCZNA Z UNIERUCHOMIENIEM GŁOWY I KOMPLETEM PASÓW (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności CE)</p> <p>deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego</p> <p>przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG</p> <p>ze ściętym końcem od strony nóg ułatwiającym pracę w ciasnych przestrzeniach</p> <p>wyposażona w min 16 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski</p> <p>wyposażona w min 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów</p> <p>wyposażona w min 4 pasy zabezpieczające o regulowanej długości dwuczęściowe z obrotowymi metalowymi karabińczykami oraz metalowymi spięciami typu klamra</p> <p>wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku składające się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz 2 paskami spinającymi</p> <p>waga deski max. 8 kg</p> <p>obciążenie dopuszczalne do 270 kg</p> <p>szerokość deski w zakresie od 45 do 50 cm</p>		
6.	<p>KAMIZELKA ORTOPEDYCZNA KED. (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności CE)</p>		

	pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia tworzywem sztucznym		
	materiał zmywalny		
	wyposażona w wbudowane uchwyty transportowe (podać ilość uchwytów)		
	zawierająca: - komplet pasów zabezpieczających (3 piersiowe + 2 biodrowe) – poduszkę wypełniającą krzywizny ciała – paski stabilizujące głowę min 2 szt. – pokrowiec ochronny		
	przenikliwe dla promieni X		
	wyposażona w komplet kodowanych kolorem pasów		
	wyposażona w system uchwytów do przenoszenia		
	obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg		
	waga kamizelki do 4 kg		
	musi posiadać deklarację zgodności		
7.	DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY (podać markę i model , załączyć folder i deklarację zgodności CE))		
	Zasilanie akumulatorowe minimum 3 akumulatory w zestawie;		
	Całkowita masa defibrylatora gotowego do pracy z akumulatorami i łyżkami nie większą niż 10 kg		
	Ładowarka do akumulatorów zintegrowana z defibrylatorem: zasilana 230V lub 12V		
	Aparat wyposażony w ekran o przekątnej 8,0 cali		
	Wyświetlanie co najmniej 3 krzywych dynamicznych		
	Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń		
	Wzmacnianie sygnału EKG: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0cm/mV		
	Prezentacja tętna w zakresie minimum: od 20 do 300 uderzeń na minutę (pomiar główny defibrylatora)		
	Rodzaj fali defibrylującej: dwufazowa- z kompensacją impedancji ciała pacjenta		
	Poziom energii defibrylacji w zakresie : co najmniej od 5J do 360J		
	Dostępne minimum 24 różne poziomy energii		
	Kardiowersja		
	Defibrylacja ręczna		
	Defibrylacja półautomatyczna		
	Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci		
	Ilość wyładowań (praca na akumulatorach) przy mocy 360J i temperaturze otoczenia 20°C – min 60 wyładowań lub min. 100 minut ciągłego monitorowania EKG		
	Funkcja stymulacji zewnętrznej z możliwością wykonania stymulacji w trybach na żądanie i asynchronicznym		
	Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w okresie od 0 do 180mA		

	Częstość stymulacji minimum: od 40 do 160 impulsów na minutę		
	Nieinwazyjny poziom ciśnienia tętniczego		
	Zakres ciśnienia tętniczego: - skurczowe min: od 30 do 240, - rozkurczowe min: od 15 do 210 - średnie min: od 20 do 220		
	Jednostka pomiaru mm Hg, kPa		
	Prezentacja tętna w zakresie min: od 30 do 200 uderzeń na minutę – ciśnieniomierz nieinwazyjny (nibp)		
	Pomiar saturacji SpO2 w zakresie min. Os 5% do 100%		
	Pulsoksymetr : zakres częstości tętna min: od 25 do 240 uderzeń na minutę		
	Krzywa SpO2 z automatyczną regulacją wzmocnienia		
	Możliwość teletransmisji 12 odprowadzeniowego EKG		
	Wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu pracy		
	Alarmy monitorowanych funkcji		
	Defibrylator gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów (zawiera wszystkie kable, łączniki potrzebne do uruchomienia wszystkich jego funkcji)		
	Układ monitorujący zabezpieczający przed impulsem defibrylatora		
	Wbudowany rejestrator termiczny, szerokość papieru min 95mm		
	Temperatura pracy od 0 do + 50°C		
	Wodoodporność: norma IPX4		
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). Instrukcja obsługi w języku polskim		
	Elektrody wielofunkcyjne min 5 par w komplecie		
8.	SSAK NOŻNY (podać markę i model, załączyć folder)		
	pojemność min. 600 ml.		
	wyposażony w torbę z uchwytami transportowymi do przenoszenia.		
	wydajność min. 100 ml/sek, średni przepływ roboczy min 40 l/min.		
	podciśnienie co najmniej 80 kPa.		
	możliwość uruchamiania nogą (stopą).		
	przystosowany do sterylizacji.		
	waga do max 2 kg.		
9.	ZESTAW LARYNGOSKOPÓW ŚWIATŁOWODOWYCH (podać markę i model, załączyć folder i deklaracje zgodności CE)		
	z kompletem łopatek Macintosh – rozmiar 1,2,3,4 oraz Miller – rozmiar – 0 i 00		

	łopatki wykonane z jednego kawałka metalu nie zawierające chromu		
	z oświetleniem światłowodowym halogenowo-ksenonowym, światłowód wymienny		
	min 2 rękojeści w zestawie (duża i mała) (C i AA)		
10.	PLECAK REANIMACYJNY (podać markę i model, załączyć folder)		
	- pokrycie zewnętrzne – CODURA - pokrycie wewnętrzne łatwo zmywalne - konstrukcja wielokomorowa zapewniająca właściwą segregację sprzętu - przegroda komory głównej zaopatrzona w system mocujący sprzęt do intubacji oraz sprzęt na zestaw do wkluć . - wyposażona w system organizatorów na worki samorozprężalne - w komplecie ampularium na min 60 ampulek dodatkowe ampularium na narkotyki na min 9 ampulek - rozmiar umożliwiający właściwe rozmieszczenie wszystkich elementów wyposażenia - możliwość transportu w ręku w pozycji pionowej oraz poziomej - system transportu na plecach składający się z 2-ch szelek oraz pasa biodrowego - regulacje umożliwiające dopasowanie systemu transportu do indywidualnych potrzeb -liczne elementy odblaskowe		
11.	Deska ortopedyczna dziecięca (podać markę i model , załączyć folder i deklarację zgodności CE)		
	szerokość deski do 23cm		
	grubość deski do 4cm		
	ciężar deski do 3kg		
	Maksymalne obciążenie do 41 kg		
	deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego		
	przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG		
	wbudowane unieruchomienie głowy		
	system różnokolorowych ruchomych pasów zabezpieczających		
	4 uchwyty do podnoszenia i 2 pętle do mocowania na noszach karetki		
	przenośna torba transportowa		

*wypełnia Wykonawca

.....
(podpisy osób/ osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej/
uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego
imieniu)

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: **WSPR-A-IV-242/75/12**

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zmianami):

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**LEASING FINANSOWY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY**

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia/* przedstawiłem(y) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

.....
(podpisy osób/ osoby wskazanych w dokumencie, uprawnionej/
uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego
imieniu)

*niepotrzebne skreślić

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Parametry wymagane	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
System serwisowy pojazdu bazowego z funkcją wyświetlania (w każdym momencie eksploatacji) ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego. System aktywny tj. uwzględniający przy obliczaniu ilości kilometrów warunki i sposób eksploatacji pojazdu np. poprzez badanie lepkości oleju silnikowego.		
Możliwość skrócenia ramy noszy do pozycji krzesła transportowego – tj. możliwość takiego skrócenie długości noszy by pacjent transportowany na nich mógł być przewożony w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami (tak jak na krzesłach transportowych) bez konieczności używania dodatkowych urządzeń. Funkcja używana w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni np. windy , wąskie korytarze itp. – dotyczy noszy.		
Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu , przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak – dotyczy noszy.		
Płynna regulacja oparcia pod plecami do kąta 90 stopni – dotyczy noszy.		
Wszystkie kółka jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę bokiem jak i jazdę na wprost po zablokowaniu dwóch przednich kółek, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi – dotyczy transportera		
Dodatkowa blokada zabezpieczająca przed niekontrolowanym złożeniem podwozia transportera, gdy kółka najazdowe transportera nie opierają się na lawecie – dotyczy transportera		
Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane – dotyczy defibrylatora.		

*wypełnia Wykonawca

Podpis oferenta:

.....

UMOWA DOSTAWY - WZÓR

zawarta w dniu r. w Bydgoszczy pomiędzy **Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego** w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Produkcyjnej 13, wpisaną przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnych pod numerem KRS 0000002035, sklasyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem NIP 554-22-12-161, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

lek. med. **Jana Rzepeckiego – Dyrektora**

a

..... wpisana/-ym do prowadzonego przez pod nr, sklasyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem NIP reprezentowaną przez:

..... zwaną w treści umowy **Wykonawcą**.

§ 1

4. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: WSPR-A-IV-242/ /12)
2. Przedmiotem umowy jest leasing kapitałowy na dostawę sprzętu medycznego zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1, będący integralną częścią umowy.
(CPV - 66114000-2)
(CPV - 33157400-9)
(CPV - 34114000-9)

3. W dalszej treści umowy „towar” oznacza ambulans z noszami i sprzętem medycznym

§ 2

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wartość netto umowy wynosi:
.....zł.(słownie:.....) + % VAT .
Wartość brutto wynosi:zł.
3. Strony ustalają, że ceny towaru obowiązują przez cały okres trwania umowy.

§ 3

Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w terminie 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 4

1. Dostawa towarów odbędzie się w terminach ustalonych przez Zamawiającego.
2. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego lub inne wskazane przez niego miejsce.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminach oraz w asortymencie zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ.

§ 5

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest (tel. nr) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy i do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jesttel. (052) lub osoba zastępująca.

§ 6

8. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy, nr konta nazwa banku

9. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Zamawiającego osobom trzecim.

11. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

§ 7

1. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom wynikającym z załącznika nr 3 do SIWZ, wchodzącego w skład Formularza Ofertowego stanowiącego integralny załącznik do niniejszej umowy.
5. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.
6. W miejsce wadliwego towaru Wykonawca ponowi dostawę w ciągu 7 dni roboczych.
7. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy albo zgłoszona telefonicznie bądź faxem oraz potwierdzona pisemnie.
8. W przypadku opóźnień dostaw w terminach wynikających z Załącznika nr 1 do niniejszej umowy z winy Wykonawcy lub też w przypadkach ich zaprzestania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto każdej części opóźnionej lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.
9. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki) lub w przypadku w inny sposób niezgodnej z przedmiotową umową dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy wadliwej.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

1. W przypadku braku dostawy w terminie określonym umową Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary na koszt Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 9

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.
5. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn.
6. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w realizacji dostawy w terminie, o którym mowa w załączniku do niniejszej umowy bez konieczności uprzedniego wyznaczenia terminu dodatkowego na realizację dostawy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
 - a) Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,

- b) Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej umowie,
6. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
7. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 10

Integralną część umowy stanowi Formularz Ofertowy - załącznik nr 1.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i mogą nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004r. z późn. zm.) i muszą być zgodne z zapisami SIWZ.

§ 12

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo, Sąd powszechny w Bydgoszczy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A

Z A M A W I A J Ą C Y

Załącznik:

1. Oferta wykonawcy z dnia.....lutego 2012 r.