



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ul. Produkcyjna 13, 85-790 Bydgoszcz, tel.: 052 323 04 13, fax.: 052 323 04 50,
www.pogotowie.bydgoszcz.pl e-mail sekretariat@pogotowie.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, 11 maja 2012 r.

WSPR-A-IV-242/.215./12

w/g rozdzielnika

Dotyczy: Leasing finansowy na dostawę urządzenia przenośnego przeznaczonego do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści urządzenie do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzące uciski klatki piersiowej za pomocą taśmy LDB z częstotliwością min. 80 uciśnień /min z głębokością zapewniającą 20% zmniejszenie głębokości klatki piersiowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej o podanych wyżej parametrach.

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Bydgoszczy

Jan Rzepecki
lek. med. Jan Rzepecki