



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ul. Produkcyjna 13 , 85-790 Bydgoszcz, tel. 052 323 04 13, fax. 052 323 04 50,

www.pogotowie.bydgoszcz.pl

e-mail sekretariat@pogotowie.bydgoszcz.pl

Zakład zarejestrowany w
Sądzie Rejonowym w
Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem

KRS 0000002035

NIP 554-22-12-161

REGON 001044962

NR KONTA: KREDYT BANK

S.A.

63 1500 1360 1213 6007

6569 0000

WSPR posiada

certyfikaty:

1.



2.



3.



4.



WSPR-A-IV-242/529/12r

Bydgoszcz, 31 grudnia 2012 r.

Dotyczy: Leasing operacyjny na dostawę dwóch ambulansów z noszami i sprzętem medycznym na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Nr postępowania WSPR-A-IV-242/529/12r

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez oferenta oraz na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29.stycznia2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Treść pytania: Czy w związku z odpowiedzią na pytanie nr 13 z dnia 20.12.2012 Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator z możliwością wentylacji tlenem 100% i ok. 60%? Pragniemy wyjaśnić, iż wynikający z odpowiedzi pytanie nr 13 wymóg wentylacji tlenem max 50% w zestawieniu z wymogiem wynikającym z odpowiedzi na pytanie nr 8 z dnia 27.11.2012, uniemożliwia zaoferowanie jakiegokolwiek wykonawcy urządzenia spełniające powyższe wymagania.

Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator z możliwością wentylacji tlenem 100% i ok. 60%?.

2. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z łyżkami twardymi z nakładkami pediatrycznymi?

Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuści, ale nie wymaga.

3.Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z ładowarką do akumulatorów oddzielną od defibrylatora (MBSS): zasilaną 230V lub 12V do instalacji na ścianie ambulansu?

Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuści, ale nie wymaga.

Sporządził/a:

Żaneta Olszewska

St. Inspektor ds. zam. publ

Data: 31.12.2012r.