



## WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ul. Produkcyjna 13, 85-790 Bydgoszcz, tel.: 052 323 04 13, fax.: 052 323 04 50,  
[www.pogotowie.bydgoszcz.pl](http://www.pogotowie.bydgoszcz.pl) e-mail [sekretariat@pogotowie.bydgoszcz.pl](mailto:sekretariat@pogotowie.bydgoszcz.pl)

Bydgoszcz, 17 lutego 2012 r.

WSPR-A-IV-241/.75./12

Dotyczy: Leasing finansowy na dostawę ambulansu z noszami i sprzętem medycznym na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwufazowy z systemem monitorowania resuscytacji o następujących parametrach:

a. Kolorowy ekran LCD o przekątnej 5,6 cala pracujący w trzech trybach wyświetlania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o tych parametrach, podtrzymując zapis zawarty w SIWZ.

b. Wyświetlanie na ekranie 2 krzywych dynamicznych wraz z wydrukiem 3 krzywych na integralnej drukarce termicznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o tych parametrach, podtrzymując zapis zawarty w SIWZ.

c. Manualna i automatyczna regulacja wzmocnienia sygnału EKG w zakresie od 0,5 do 3,0 cm/mV

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o tych parametrach, podtrzymując zapis zawarty w SIWZ.

d. Zakres wyboru energii od 1-200 J

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o tych parametrach, podtrzymując zapis zawarty w SIWZ,

e. Możliwość wyboru 20 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o tych parametrach, podtrzymując zapis zawarty w SIWZ.

f. Możliwość wykonania co najmniej 40 defibrylacji z energią 200 J lub 160 minut ciągłego monitorowania EKG

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o tych parametrach defibrylacji, podtrzymując zapis zawarty w SIWZ, dopuszcza jednocześnie możliwość dłuższego monitorowania EKG.

- g. Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o tych parametrach, podtrzymując zapis zawarty w SIWZ.

- h. Zakres pomiaru ciśnienia tętniczego krwi: skurczowe 40-260 mmHg, rozkurczowe 20-200 mmHg, średnie 20-200 mmHg.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o tych parametrach pomiarowych, podtrzymując zapis zawarty w SIWZ.

- i. Wbudowany rejestrator termiczny o szerokości papieru 90 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o tych parametrach wydruku, podtrzymując zapis zawarty w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną o obciążalności 159 kg.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza deski ortopedycznej o tych parametrach, podtrzymując zapis zawarty w SIWZ