



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz, tel. 052 323 04 13, fax. 052 323 04 50
NIP 554-22-12-161 REGON 001044962 KRS 0000002035
www.wspr.bydgoszcz.pl e-mail sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

DOZP.240.2.2017

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”
Ogłoszenie nr 51987 - 2017 z dnia 2017-03-27 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

Pytanie nr 1

dotyczy części 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pylsoksymetr napalcowy, pracujący w technologii MasimoSET, dokonujący pomiaru pomimo ruchu pacjenta i przy niskiej perfuzji (0,02-20%):

- Zakres pomiaru pulsu 25-240 bpm
- Brak alarmów
- Waga z bateriami 73 g
- Temperatura przechowywania od -40°C do +70°C
- Nie wymagający ochroniacza silikonowego, wyposażony w pokrowiec i smycz
- Wysokiej rozdzielczości obraz krzywej pletyzmograficznej na urządzeniu przenośnym
- Wyświetlacz Wysokiej Rozdzielczości, obrotowy i regulowany kolorowy ekran do wyraźnego prezentowania wszystkich pomiarów
- Panel dotykowy pozwala na łatwy dostęp do ustawień i funkcji urządzenia

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2

dotyczy części 4, 6

Prosimy o określenie długości okresu gwarancji dla przedmiotu zamówienia w w/w częściach.

Odpowiedź:

24 m-ce